

P1 级实验室一般规范

1. 实验室具备跟一般微生物学实验室相同等级的设备。
2. 若在此级实验室内同时进行非基因重组的实验时，需明确划分实验区域，小心进行操作。
3. 进行实验时，宜关闭实验室的门窗。
4. 每日实验结束时需灭菌实验台，如实验中发生污染，需立即加以灭菌。
5. 实验所产生之所有生物材料废弃物，需先灭菌后再依感染性废弃物管理相关办法丢弃。被污染的器具需先经灭菌后，再清洗使用或丢弃。
6. 不得用口做吸量操作。
7. 实验室内禁止饮食、吸烟及保存食物。
8. 操作重组体之后，或离开实验室之前要洗手。
9. 在所有操作中，应尽量避免产生气雾。
10. 要从实验室搬离被污染物品时，必需将其放入坚固且不漏的容器，在实验室内密封后才可运出。
11. 防除实验室的非实验用生物，如昆虫及鼠类等。
12. 若有其它方法可用，应避免使用针头。
13. 实验用衣物的使用，需遵从计划主持人的指示。
14. 需遵守计划主持人所订之其它事项。